

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	漯河市第六人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统一套
拟采购产品金额	240 万元
拟采购项目所属项目名称	漯河市第六人民医院高清电子胃肠镜系统采购项目
拟采购项目所属项目金额	240 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取;	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3.其他	
原因阐述:目前,进口主流高清电子胃肠镜系统具有≥ 4种特殊光观察,可互相转换,具有光学染色技术,能及时发现早期肿瘤病变;具有 D-range 功能,提高远景亮度,使病变细节更清晰;具有大画面显示,占屏幕 95%以上,微小病变显示更清晰;主机可显示内镜图像,在紧急情况下,无需显示器、工作站,可直接显示输出图像,进行内镜操作;具有双屏模式,主机具有双屏实时显示功能,可将白光图像和染色图像进行对比,提高早癌筛查率;具备内镜锁定功能,避免反复插拔内镜引起的接触不良或者脱落。这些性能,确保图像观察的效果和诊断的准确性,对轻微病变也能很清晰的显示,最大限度地提高了早癌筛查的检出率,能大大提高消化道疾病诊断的准确率,减少误诊和漏诊,特别有利于早期肿瘤的识别、诊断及消化道疾患的镜下精准治疗。目前国产同类产品无法达到上述性能特点,图像清晰度和设备运行稳定性较差,而上述性能特点正是有效避免误诊、漏诊及其诱发的医疗纠纷的关键。	
三、专家论证意见	
进口高清电子胃肠镜系统,与国产电子胃肠镜相比,检查结果更清晰,特别是具有光学染色技术,能及时发现早期肿瘤病变,可最大程度提高早癌发现率。具备内镜视野角$\geq 170^\circ$可更好观察内部情况,具备 D-range 功能,使病变细节更清晰,最大限度地提高了早癌筛查的检出率,能大大提高消化道疾病诊断的准确率。具备自动上水功能,方便诊断观察。图像清晰度,设备稳定性好。建议采购进口产品。	
专家签字: 刘永涛	
日期: 2024 年 9 月 24 日	