

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	漯河市第六人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统一套
拟采购产品金额	240 万元
拟采购项目所属项目名称	漯河市第六人民医院高清电子胃肠镜系统采购项目
拟采购项目所属项目金额	240 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取;	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3.其他	
原因阐述: 目前, 进口主流高清电子胃肠镜系统具有≥ 4 种特殊光观察, 可互相转换, 具有光学染色技术, 能及时发现早期肿瘤病变; 具有 D-range 功能, 提高远景亮度, 使病变细节更清晰; 具有大画面显示, 占屏幕 95%以上, 微小病变显示更清晰; 主机可显示内镜图像, 在紧急情况下, 无需显示器、工作站, 可直接显示输出图像, 进行内镜操作; 具有双屏模式, 主机具有双屏实时显示功能, 可将白光图像和染色图像进行对比, 提高早癌筛查率; 具备内镜锁定功能, 避免反复插拔内镜引起的接触不良或者脱落。这些性能, 确保图像观察的效果和诊断的准确性, 对轻微病变也能很清晰的显示, 最大限度地提高了早癌筛查的检出率, 能大大提高消化道疾病诊断的准确率, 减少误诊和漏诊, 特别有利于早期肿瘤的识别、诊断及消化道疾患的镜下精准治疗。目前国产同类产品无法达到上述性能特点, 图像清晰度和设备运行稳定性较差, 而上述性能特点正是有效避免误诊、漏诊及其诱发的医疗纠纷的关键。	
三、专家论证意见	
此次采购产品不属于我国《禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制进口的产品, 不违反我国法律法规。采购论证会本着公平、公正、公开的原则, 经对样品清晰度、准确度优于国产同类产品, 建议采购。	
专家签字: 杨公达	
日期: 2024年9月24日	