

政府采购进口产品专业论证意见

一、基本情况	
申请单位	临颍县人民医院
拟采购产品名称	色素激光治疗仪
拟采购产品金额	280 万元
采购项目所属项目名称	临颍县人民医院皮肤科医疗美容设备采购项目
采购项目所属项目金额	475 万
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3.其他。	
原因阐述：皮秒激光，是目前国际上最先进的色素激光技术，拥有皮秒级短脉宽的脉冲能产生强大的光机械效应，能将色素颗粒分解得更加细小，对比起以往的纳秒级的调 Q 设备，却只需要其一半的能量便能达到治疗目的，更少的治疗次数便能获得满意的治疗效果。常规的色素激光脉宽是 10-9，而皮秒则是更短，脉宽为 10-12。该技术目前只有进口设备才有。使用该设备，可以为广大患者、爱美人士带来福音。	
三、专家论证意见	
随着社会的发展，人们对美好生活的追求越来越高，美容技术可以满足人民的追求，拥有先进的仪器在治疗功效及避免副作用方面有优势，皮秒激光拥有皮秒级短脉宽的脉冲，能将色素颗粒分解得更加细小，更能获得满意的治疗效果。目前国内设备无法替代进口产品的优势。此类进口设备可填补县域医疗美容在色素性病变治疗的技术空白。产品资质齐全，采购流程符合《政府采购产品管理办法》相关规定，临床需求迫切，建议采购进口产品。 专家签字 任有明 2023 年 06 月 13 日	