

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵 (IABP) 1 台
拟采购产品金额	110 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市中医院第一批智慧医院建设和医疗设备建设项目导管室设备采购项目
采购项目所属项目金额	110 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3.其他。	
原因阐述: 在医疗上, IABP 属于急救设备, 能够提高救治能力, 作为一种重要的循环急救支持设备, 能够为胸痛中心提供必要的技术支持, 提升高危胸痛患者的救治水平。 故申请购置进口产品。	
三、专家论证意见 IABP 属于急救设备, 对急性心肌梗死期间的支持, 可以在心肌梗死发生前提供循环支持, 维持血流动力, 减轻心肌损伤, 目前国内尚无此类设备。 建议: 购置进口 IABP 设备	
专家签字: 吕军	
2025 年 5 月 29 日	

注: 一人一表