

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵 (IABP) 1 台
拟采购产品金额	110 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市中医院第一批智慧医院建设和医疗设备建设项目导管室设备采购项目
采购项目所属项目金额	110 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 在医疗上, IABP 属于急救设备, 能够提高救治能力, 作为一种重要的循环急救支持设备, 能够为胸痛中心提供必要的技术支持, 提升高危胸痛患者的救治水平。 故申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
进口主动脉内球囊反搏泵具有高精度下波抑制能力, 具有自主知识产权式马杰力钻合金风箱, 具有较佳的支气隔离装置, 隔离气动系统与导管系统, 能较好地防止高压气体回流风险, 保障患者安全。主要参数具有不可替代性, 且国内尚无具备同等技术能力和同类产品。建议购置进口设备。	
专家签字: 赵荣坡	
2025 年 6 月 6 日	

注: 一人一表