

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵 (IABP) 1 台
拟采购产品金额	110 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市中医院第一批智慧医院建设和医疗设备建设项目导管室设备采购项目
采购项目所属项目金额	110 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 在医疗上, IABP 属于急救设备, 能够提高救治能力, 作为一种重要的循环急救支持设备, 能够为胸痛中心提供必要的技术支持, 提升高危胸痛患者的救治水平。 故申请购置进口产品。	
三、专家论证意见 进口 IABP 技术先进, 具有高精皮 T 波抑制能力, 抑制所有持续时间 180ms 的 T 波, 具有自适应气道和泵系统采用涡轮式负压控制技术, 可达进皮可实时自适应泵速心率变化, 具有安全隔离装置, 隔离气道系统与泵管系统, 防止高压气体泄漏风险, 保障患者安全。以上参数不可替代性, 国内尚无具备同等技术能力同类产品。 建议: 购置进口设备	
专家签字: 吕	
2025 年 6 月 6 日	

注: 一人一表