

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	超声科	安装时间	2024.4.12
安装人	杨延召	验收时间	2024.4.19
设备名称	彩色超声诊断系统	品牌型号	EPiQ CVX
出厂编号	SZ324B1257	生产日期	2024年3月
经销商	中义医疗健康(河南)有限公司	联系人及电话	魏世浩 18537157986
生产厂家	飞利浦医疗苏州有限公司	联系人及电话	李亚龙 15617656371
保修单位	飞利浦原厂	联系人及电话	杨延召 15393715817
设备原值	2520000.00元	进口/国内	☒ 合格证 ☐ 报关单 ☐ 商检证 ☐ 检验检疫证明
包装情况	☒ 无损; ☐ 有残损, 箱号: _____	设备整体	☒ 配置完整, 无破损; ☐ 有破损 _____
主要附件及序列号	主机 S2324B1257	主要附件及序列号	C5-1 F0DWN1
主要附件及序列号	L12-3探头 F0DMWH	主要附件及序列号	S5-1 F0F3Y9
主要附件及序列号	S9-2探头 B3M8KP	主要附件及序列号	
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 1. 显示器尺寸 22英寸 2. 触摸屏尺寸 12英寸 3. 动态范围 320dB 4. 主机接口 2个 5. 硬盘 1TB 6. 腹部探头频率 1-5MHz 7. 心脏探头频率 1-5MHz 8. 小探头频率 2-9MHz		
技术资料	☒ 使用说明书 (中英文对照) ☐ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 操作规程 (需悬挂或张贴) ☐ 故障代码表 ☐ 维修密码 ☐ 安全标示 ☐ 操作培训		
验收结论	验收合格, 正常使用.		
验收小组	赵心志 杨克红 崔英志 梁博 李凯 管宗坤 王瑞红		
使用科室:	超声科 杨延召	设备管理部门:	管宗坤