

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	超声科	安装时间	2024年3月1日
安装人	王玉涛	验收时间	2024年3月1日
设备名称	超声诊断仪	品牌型号	Aixplorer MACH30
出厂编号	FXYP0449	生产日期	2023年6月
经销商	天地民生医药濮阳有限公司	联系人及电话	郭勇杰 0393-8811192 15516644888
生产厂家	声科影像有限公司	联系人及电话	010-57799099
保修单位	北京豪洛捷科技有限公司	联系人及电话	010-57799099
设备原值		进口/国内	☐ 合格证 ☒ 报关单 ☐ 商检证 ☒ 检验检疫证明
包装情况	☒ 无损; ☐ 有残损, 箱号: _____	设备整体	☒ 配置完整, 无破损; ☐ 有破损_____
主要附件及序列号	110-2 探头 2440AC1069 (增)	主要附件及序列号	L18-5 探头 2438AC1081
主要附件及序列号	75-1X 探头 DG82Bv67	主要附件及序列号	
主要附件及序列号	C6-1X 探头 OFX230065	主要附件及序列号	
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 主机一台 耦合剂 2瓶 耦合剂加热器 彩色打印机一台 (EPSON 型号 L3258, SN: X8K7062477) 系统U盘一个 计算机主机 (IT处理器, IT内存.) 网线5米 液晶显示器 24寸 分辨率 1920X1080 UPS一台		
技术资料	☐ 使用说明书 (中英文对照) ☐ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☒ 操作规程 (需悬挂或张贴) ☐ 故障代码表 ☐ 维修密码 ☐ 安全标示 ☐ 操作培训		
验收结论	仪器配置齐全, 运行正常 郭瑞瑞		
验收小组	赵晓亮 杨晓红 王瑞红 崔美杰 李凯		
使用科室:	超声科 郭瑞瑞	设备管理部门:	管景坤 2024.3.1