

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	功能科	安装时间	2024年2月29日
安装人	袁晓丰	验收时间	2024年2月29日
设备名称	超声经颅多普勒血流分析仪	品牌型号	EMS-9EB
出厂编号	A10M1044P	生产日期	2023年9月16日
经销商	河南循瑞嘉商贸有限公司	联系人及电话	刘学强 18605931733
生产厂家	深圳市德力数医疗设备有限公司	联系人及电话	13823117710
保修单位	深圳市德力数医疗设备有限公司	联系人及电话	13823117710
设备原值	191000元	进口/国内	☒ 合格证 ☐ 报关单 ☐ 商检证 ☐ 检验检疫证明
包装情况	☒ 无损; ☐ 有残损, 箱号: _____	设备整体	☒ 配置完整, 无破损; ☐ 有破损_____
主要附件及序列号	EMS-9EB主机一台	主要附件及序列号	2MHZ PW探头 AP99-0607-PW2.0 2个
主要附件及序列号	戴尔一体机 - 1台	主要附件及序列号	4MHZ CW探头 AP99-0802-CW4.0 1个
主要附件及序列号	2MHZ PW 探头 AP99-0606-PW2.0 1个	主要附件及序列号	脐血流探头 1个
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 最大血流速度: 50 mm 深度时单向最大速度量程 512 cm/s 以上 58 mm 深度时单向最大速度量程 48 cm/s 采样容积: 4-20 mm 连续可调		
技术资料	☒ 使用说明书 (中英文对照) ☐ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☒ 操作规程 (需悬挂或张贴) ☐ 故障代码表 ☐ 维修密码 ☒ 安全标示 ☐ 操作培训		
验收结论	验收合格 准予使用		
验收小组	袁晓丰 杨晓红 王瑞红 崔美杰 李凯		
使用科室:	超声科	设备管理部门:	管泉坤 2024.2.29

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	功能科	安装时间	2024年2月29日
安装人	姜开元	验收时间	2024年2月29日
设备名称	多道心电图机	品牌型号	ECG-3358
出厂编号	0100209	生产日期	2023年9月
经销商	刘堂强	联系人及电话	13653900080
生产厂家	上海光电	联系人及电话	孙昆乾 15036063591
保修单位	上海光电	联系人及电话	孙昆乾 15036063591
设备原值	120000	进口/国内	☒ 合格证 ☐ 报关单 ☐ 商检证 ☐ 检验检疫证明
包装情况	☒ 无损; ☐ 有残损, 箱号: _____	设备整体	☒ 配置完整, 无破损; ☐ 有破损_____
主要附件及序列号	患者导联线 2套	主要附件及序列号	热敏打印机线 1套
主要附件及序列号	导联电极 12个	主要附件及序列号	电池 12块
主要附件及序列号	回收电极 4个	主要附件及序列号	
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 主机 一台 地线 一根 导联线 2套		
技术资料	☒ 使用说明书 (中英文对照) ☐ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 操作规程 (需悬挂或张贴) ☐ 故障代码表 ☐ 维修密码 ☐ 安全标示 ☐ 操作培训		
验收结论	验收合格 正常使用		
验收小组	姜开元 杨晓红 王瑞红 崔美忠 李凯		
使用科室:	姜开元	设备管理部门:	管宗坤 2024.2.29

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	急诊科	安装时间	2024年2月29日
安装人	孟鹏波	验收时间	2024年2月29日
设备名称	无创呼吸机	品牌型号	ST-30H
出厂编号	122010104	生产日期	2023.1.24
经销商	河南福瑞嘉商贸有限公司	联系人及电话	刘掌强 18603931733
生产厂家	湖南明康中锦医药科技股份有限公司	联系人及电话	孟鹏波 13164324333
保修单位	湖南明康中锦医药科技股份有限公司	联系人及电话	孟鹏波 13164324333
设备原值	58000元	进口/国内	☒ 合格证 ☐ 报关单 ☐ 商检证 ☐ 检验检疫证明
包装情况	☒ 无损; ☐ 有残损, 箱号: _____	设备整体	☒ 配置完整, 无破损; ☐ 有破损_____
主要附件及序列号	台车一辆	主要附件及序列号	通气面罩 13cm-FM2(中) 1个
主要附件及序列号	麻醉回路 504-007/80cm 12	主要附件及序列号	湿化器 1个
主要附件及序列号	麻醉回路 504-007/60cm 12	主要附件及序列号	自给式 1个
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) D呼吸主机一台 台车一台 单侧湿化器 1个		
技术资料	☒ 使用说明书 (中英文对照) ☐ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☒ 操作规程 (需悬挂或张贴) ☐ 故障代码表 ☐ 维修密码 ☐ 安全标示 ☐ 操作培训		
验收结论	验收合格, 正常使用		
验收小组	李书 杨晓红 崔美杰 王瑞红		
使用科室:	急诊科	设备管理部门:	管家坤 2024.2.29

濮阳市第三人民医院医疗设备验收单

使用科室	病理科	安装时间	2024年2月29日
安装人	孙瑞强	验收时间	2024年2月29日
设备名称	轮转式切片机	品牌型号	HistoCore MULTICUT.
出厂编号	03614	生产日期	2023.7.
经销商	刘望强	联系人及电话	1365290080.
生产厂家	徕显微系统(上海)有限公司	联系人及电话	13683815331
保修单位	徕显微系统(上海)有限公司	联系人及电话	13683815331
设备原值	159000	进口/国内	☒ 合格证 ☐ 报关单 ☐ 商检证 ☐ 检验检疫证明
包装情况	☒ 无损; ☐ 有残损, 箱号: _____	设备整体	☒ 配置完整, 无破损; ☐ 有破损_____
主要附件及序列号		主要附件及序列号	
主要附件及序列号		主要附件及序列号	
主要附件及序列号		主要附件及序列号	
重要技术	(需注明参数名称、设计值、实测值, 内容过多可附页) 漂烘仪 PHY-III. 2023177. 2023年12月. 普瑞斯星 冷冻台. PBM-A. 2023064. 2023年12月 普瑞斯星.		
技术资料	☒ 使用说明书 (中英文对照) ☐ 维护手册 ☐ 维修手册 ☐ 软件备份 ☐ 操作规程 (需悬挂或张贴) ☐ 故障代码表 ☐ 维修密码 ☐ 安全标示 ☒ 操作培训		
验收结论	配置齐全 验收合格.		
验收小组	赵丁 杨光红 王瑞红 崔英杰 李凯		
使用科室:	文艳敏 2024.2.29	设备管理部门:	管家坤 2024.2.29