

国产同类产品,精度控制不能达到
0.15毫升的控制精度,不能完全满足临
床的精度要求,且存在医疗风险,或
事故。同意采购进口设备,满足临床
医疗的需求。

专家签字:

陈辉

2025年6月9日