





濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	彩超 (超声诊断仪)	使用科室	超声科
型号规格	HERA W9	设备价格	
产品序列号	S25SM3HRB00011H	生产厂家	三星麦迪逊有限公司
生产日期	2021.11.25.	开箱日期	2022.7.26.
厂方工程师	高玉涛	联系电话	136 4371 5815
经销商	栗泉振	联系电话	15639386277.
附件			
整机情况			
培训内容	1. 超声基本操作 2. 图像的调节菜单及预置 3. 回放及储存 4. 体表及造影 5. 常规测量应用测量 6. 档案管理 7. 对于机器功能使用		
参加培训人员	孙向 曹翠娟 杨晓 徐希 杨志 高玉涛 李艳琴 刘军 李向峰		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收，该设备符合《合同》要求，验收合格，正常使用。		
使用科室签字	超声科 		
验收小组签字	 杨志红  王瑞红  李凯		
备注	高频探头 (K0SNM3GT500027M) 四维探头 (K0TXM3GT400001L) 腔内探头 (K0P0M3GT500001M) 腹部探头 (K0X7M3GRB00022F) 心脏探头 (K0P5M3GT500006B)		

崔英杰 管宗坤 2022.7.26

操作说明书在超声科存放。
孙向