

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	转运呼吸机	使用科室	急诊科
型号规格	6000s	设备价格	
产品序列号	6000S2201047 6000S2201049	生产厂家	深圳科保医通科技有限公司
生产日期	2022-1-25	开箱日期	2022.7.27
厂方工程师	从火书	联系电话	13673618680
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	一切正常		
培训内容	设备的各界面配置清单的识别. 操作流程. 以及使用时注意事项及管路消毒充氧流程.		
参加培训人员	刘军 曹伟机 李先旺. 贾焕臣 李佳宁		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收, 该设备符合《合同》要求, 验收合格, 正常使用。		
使用科室签字	于翔		
验收小组签字	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>王瑞红</p> <p>崔英杰</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>于翔</p> <p>管宗坤</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">2022.7.27</p>		
备注			

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	麻醉视频喉镜	使用科室	急诊科
型号规格	VLS30	设备价格	
产品序列号	30211201307873	生产厂家	深圳宏济
生产日期	2022.7	开箱日期	2022.7.22
厂方工程师	文川辉	联系电话	15737172005
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	一切正常		
培训内容	1. 基本操作 2. 注意事项 3. 维护保养		
参加培训人员	于凯		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收，该设备符合《合同》要求，验收合格，正常使用。		
使用科室签字	于凯		
验收小组签字	王瑞红 崔美杰 于凯 王瑞红 管宗坤 2022.7.22		
备注			

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	除颤监护仪	使用科室	急诊科
型号规格	D3	设备价格	
产品序列号	EZ-22081199 EZ-22081218	生产厂家	深圳迈瑞
生产日期	2022.3	开箱日期	2022-7-22
厂方工程师	文川辉	联系电话	15137172005
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	一切正常		
培训内容	1. 基本操作. 2. 注意事项 3. 维护保养		
参加培训人员	于磊		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收，该设备符合《合同》要求，验收合格，正常使用。		
使用科室签字	于磊		
验收小组签字	李心王 杨志红 崔英杰 李凯 王瑞红 管泉坤 2022.7.22		
备注			

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	负报板回路垫	使用科室	手术科
型号规格	AHD-008	设备价格	
产品序列号	1905023003、1215023001 1905023002、1115023001	生产厂家	天津奥克兰
生产日期	2022.7.22	开箱日期	2022.7.25
厂方工程师	赵延培	联系电话	18695871162
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	一切正常		
培训内容	1. 产品介绍、原理 2. 接线注意事项 3. 使用后期维护保养知识 4. 特殊情况说明		
参加培训人员	管庆浩 杨世斌 袁三竹 郝灵灵 张四 韩语娟		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收，该设备符合《合同》要求，验收合格，正常使用。		
使用科室签字	杨世斌		
验收小组签字	赵延培 杨世斌 王瑞红 李凯 2022.7.26 管庆浩 崔英杰		
备注			

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	手术深度参数检测仪	使用科室	手术麻醉科
型号规格	NW-90025	设备价格	
产品序列号	NMM2521222 / NMM252122	生产厂家	合肥诺和
生产日期	2022.07.06	开箱日期	2022.7.21
厂方工程师	柏成旺	联系电话	13653848269
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	正常		
培训内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 仪器的参数解读及使用操作。 2. 仪器工作时应当注意的事项。 3. 仪器的日常使用后的维护。 		
参加培训人员	李氏		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收，该设备符合《合同》要求，验收合格，正常使用。		
使用科室签字	手术麻醉科 李氏		
验收小组签字	赵生 柏成旺 王瑞红 李氏 2022.7.22 管泉坤 崔美杰		
备注			

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	手术动力装置	使用科室	神经外科
型号规格	DK-N-MP	设备价格	
产品序列号	DK-N-MP-7929	生产厂家	重庆西山科技股份有限公司
生产日期	2021.12.18	开箱日期	2022.7.21
厂方工程师	张玉龙	联系电话	19875083749
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	一切正常		
培训内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设备名称介绍. 2. 设备操作方法. 3. 设备消毒灭菌方式. 4. 实际上手操作. 		
参加培训人员	杨磊 杨长坤 袁兰 管长浩 魏丽		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收, 该设备符合《合同》要求, 验收合格, 正常使用。		
使用科室签字	神经外科 杨磊		
验收小组签字	袁兰 杨长坤 王瑞红 李凯 2022.7.21 管长浩 崔英杰		
备注			

濮阳市第三人民医院医疗设备开箱验收单

设备名称	凯斯普过氧化氢低温等离子体灭菌器	使用科室	供应科
型号规格	CASP-120	设备价格	
产品序列号	22010007	生产厂家	牡丹江等离子体物理应用科技有限公司
生产日期	2022.4.21	开箱日期	2022.7.26
厂方工程师	刘萌	联系电话	13782013750
经销商	高红霞	联系电话	18017660291
附件			
整机情况	正常		
培训内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设备外观 2. 设备功能 3. 设备使用方法 		
参加培训人员	王中奇 赵颖 徐晓彤 张丽 张冰冰		
验收结论	经医学装备部与临床科室相关人员对设备相关项目进行验收，该设备符合《合同》要求，验收合格，正常使用。		
使用科室签字	消毒供应中心 陈学芳		
验收小组签字	赵中奇 杨晓红 崔美杰 卢凯 王瑞红 2022.7.26 管宗坤		
备注			