



# 医疗设备购置合同

甲方：周口市中心医院

乙方：泽履医疗器械（陕西）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《周口市公共资源交易中心政府采购中心成交通知书》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿和诚实守信的原则，经双方协商，达成以下共识：

## 一、甲方向乙方订购以下产品

(人民币/元)

中标名称	注册证名称	品牌	规格型号	注册证号	单价	数量	生产厂家	总价	备注
重症诊疗设备一批			详见附件					4337000	无
共计人民币：肆佰叁拾叁万柒仟元整 (¥ 4337000.00 元) 含税									

## 二、设备包装、交货、安装及验收

- 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
- 本合同经双方签章生效后 30 个日历天内，乙方负责免费送货到甲方指定地点，甲方核对无误后，乙方负责安装调试。设备运输过程中的风险由乙方自行承担。
- 设备安装完成正常运行后 7 日内进行验收并签署验收报告，验收应甲乙双方共同参与并双方签字确认。

## 三、付款方式

设备验收合格且正常运行 30 日后付设备总额款的 90%，即：¥3903300.00 元，乙方提供设备生产厂家五年售后服务承诺函 30 日后一次性付清剩余的 10%，即：¥433700.00 元。乙方每次要求付款前应当向甲方提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒付，因此拒付的甲方不承担任何责任。

## 四、质量保证

- 乙方保证向甲方提供原装、全新（系安装调试前的一年内生产）的设备。如不能满足临床需求或不能实现合同目的，甲方有权拒绝付款或取消成交，届时乙方需全额退还甲方已付款。



2. 乙方提供的产品必须证件齐全（产品注册证、生产许可证、经营许可证），进口产品提供报关、商检单。

3. 乙方保证提供设备符合国家（国际）标准及行业标准。如设备在使用期间因质量问题造成医疗事故、纠纷或甲方损失，乙方必须承担全部责任并赔偿一切经济损失。

4. 乙方向甲方提供设备用户手册、保修手册等资料，进口设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

### 五、售后服务

1. 设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训。

2. 本合同的设备免费维修、保养期五年，自设备验收合格之日起计算。

3. 免费维修、保养期内免费维修、保养，免费更换损坏的零部件，免费维修、保养期过后只收取配件成本费，每年内不少于 2 次上门保养服务。

4. 乙方接到甲方用户通知后 1 小时内响应，24 小时内处理完毕，如 24 小时内未处理完毕，需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取其他紧急措施解决，否则设备停用每超出一天，合同的设备免费维修、保养期限自动延长 7 天，设备停用超过 3 天，甲方可选择其他维修单位对设备进行检修，因此发生的费用及造成的损失，将全部由乙方承担。

5. 售后服务电话：15037902120

### 六、违约责任

1. 甲乙双方未按照约定履行合同义务的，应赔偿给对方造成的实际损失，即守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等，且甲方有权随时终止此合同。

2. 乙方逾期交货的，每逾期一日应按逾期交货价款的千分之三向甲方支付违约金；逾期交付超过 10 日的，甲方有权解除合同。如乙方逾期交货给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任，且甲方有权随时终止此合同。

### 七、法律诉讼

本合同适用于中华人民共和国法律，因履行合同而发生的争执和分歧，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成，可向周口市川汇区人民法院起诉。

### 八、其他

1、附件：产品配置清单。



合同编号：周财招标采购-2024-1

2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方代表签字、加盖公章后生效。

3、本合同中未约定的事项，按照投标文件执行。其他未尽事宜另行签订补充协议及附件。

4、合同签订日期：2024年3月29日

甲方(盖章)：周口市中心医院

地址：周口市人民路东段26号



乙方(盖章)：泽履医疗器械(陕西)有限公司

地址：陕西省西安市高新区科技五路8号数字

生活1幢1单元18层1809室



开户行：中国银行股份有限公司西安软件园支行

账号：1033 0524 1963

电话：0394-8269178

电话：15037902120

法人：



法人：



职能科室：

主管领导：

曲留更

王国璋

专家组：

董斌 李刚



## 附件一

## 产品配置清单

产品名称	注册证名称	品牌	规格型号	注册证号	数量	生产厂家	单价(元)	总价(元)
小儿呼吸机(高频呼吸机)	小儿呼吸机	SLE	SLE5000	国械注进 20183082165	4台	爱思意有限公司 SLE Limited	405000	1620000
新生儿小儿呼吸机(无创双水平呼吸机)	新生儿小儿呼吸机	科曼	NV9	国械注准 20163081772	5台	深圳市科曼医疗设备有限公司	155000	775000
新生儿小儿呼吸机(无创高频呼吸机)	新生儿小儿呼吸机	科曼	NV10	国械注准 20163081772	4台	深圳市科曼医疗设备有限公司	299000	1196000
呼吸机	呼吸机	迈瑞	SV600	国械注准 20173081295	2台	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	230000	460000
病人监护仪	病人监护仪	迈瑞	BeneVision N12 Neo	国械注准 20173070926	3台	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	78000	234000
排痰机	多频振动排痰机	阳坤	YK600-5	豫械注准 20202091528	2台	郑州阳坤医疗器械有限公司	26000	52000
共计人民币：肆佰叁拾叁万柒仟元整 (¥4337000.00元) 含税								



附件二

小儿呼吸机（高频呼吸机）

SLE5000 产品配置清单（单台）

序号	配件名称	数量
1	主机	1
2	水器分离器	1
3	模拟肺	1
4	呼吸管道（婴儿）	2
5	操作说明书	1
6	高压供氧管	1
7	高压供气管	1
8	流量传感线	1
9	外伸臂湿化器支架	1
10	湿化器	1
11	水罐（消毒后可再用）	1
12	电源插头	1
13	外伸臂	1
14	保修卡	1
15	装箱单	1
16	流量传感器	1
17	W 吊架	1



## 附件三

## 新生儿小儿呼吸机（无创双水平呼吸机）

序号	Description 名称	Quantity 数量	Remark 备注
1	NV9 新生儿呼吸机标配（国标）	1	标配不配空压机
2	简易操作指南	1	无
3	说明书	1	无
4	国标电源线	1	无
5	国标氧气软管（无插头）	1	无
6	国标氧气插头	1	无
7	蜗杆传动软管夹	1	无
8	国标空气软管（无插头）	1	无
9	国标空气插头	1	无
10	蜗杆传动软管夹	1	无
11	NV FLOW 通气管	1	无
12	@鼻塞	1	无
13	@鼻塞	1	无
14	鼻塞	1	无
15	鼻塞	1	无
16	头带/S 小号	1	无
17	头带/M 号	1	无
18	头带/L 号	1	无
19	重复性使用呼吸管路	1	无
20	@湿化罐	1	无
21	鼻氧管	1	无
22	鼻氧管	1	无
23	呼吸传感器	2	无
24	不锈钢内六角扳手	1	无
25	仪器验收单	1	无
26	机械手	1	无
27	合格证（通用）	1	无
28	masimo 探头延长线（主缆）（MDR14 插头）	1	无
29	MASIMOY 型血氧探头	1	无
30	@分体式 Masimo 血氧硅胶绑带	2	无
31	@呼吸湿化器	1	无
32	@导热电线	1	无
33	@温度感知线	1	无
34	保修卡	1	无



合同编号：周财招标采购-2024-1

附件四

## 新生儿小儿呼吸机（无创高频呼吸机）

深圳市科曼医疗设备有限公司

Shenzhen Cemen Medical Instruments

Co.,Ltd

COMCN

NV 1 0 呼 吸 机 装 箱 清 单 (单台)			
REV:A			
序号	De ser i pti on 名称	Quantity 数量	Remark 备注
1	NV10 新生儿/小儿呼吸机	1	无
2	NV10 新生儿/小儿呼吸机中文说明书	1	无
3	国标电源线	1	无
4	模拟血氧主缆	1	无
5	新生儿模拟捆绑血氧探头	1	无
6	重复性使用呼吸管路	1	无
7	湿化器	1	无
8	导热电线	1	无
9	温度感知线	1	无
10	湿化罐	1	无
11	压力发生器套装	1	无
12	头带/S 小号	1	无
13	头带/M 号	1	无
14	头带/L 号	1	无
15	不锈钢内六角扳手	1	无
16	机械手	1	无
17	水袋挂钩组件	1	无
18	国标氧气软管（无插头）	2	无
19	国标氧气插头	1	无
20	蜗杆传动软管夹	1	无
21	空气连接软管	1	无
22	保修卡	1	无
23	合格证（通用）	1	无
24	仪器验收单	1	无
25	客服标贴	1	无



## 附件五

## 呼吸机

## SV600 呼吸机配置清单（单台）

序号	物料描述	数量
1	主机	1
2	氧气软管（配接头）3M	1
3	国标电源线	1
4	台车	1
5	化学氧传感器	1
6	支撑臂	1
7	成人模拟肺	1
8	一次性细菌过滤器	1
9	湿化器	1
10	V-A/C 通气模式	1
11	P-A/C 通气模式	1
12	V-SIMV 通气模式	1
13	P-SIMV 通气模式	1
14	CPAP/PSV 通气模式	1
15	PRVC 通气模式	1
16	DuoLevel 通气模式	1
17	P0.1 监测	1
18	呼吸功监测	1
19	RSBI 监测	1
20	内源性 PEEP 监测	1
21	NIF 监测	1
22	智能吸痰功能	1



## 附件六

## 病人监护仪

## BeneVision N12 Neo 配置清单（单台）

序号	名称	数量
1	7 针血氧主电缆	1
2	12 针 3 导分体式心电主电缆 除颤型	1
3	3 导导联线 新生儿 AHA 夹子式	1
4	重复用新生儿袖套 CM1300C	1
5	重复用新生儿袖套 CM1300D	1
6	重复用新生儿袖套 CM1300E	1
7	新生儿血氧传感器（重复用，绑带式）	1
8	N12 Neo 主机	1
9	三芯国标电源线	1
10	新生儿无创血压导气管（长接头）	1
11	一次性使用心电电极	1





## 附件七

## 排痰机

## YK600-5 配置清单（单台）

编号	名称	型号	数量	单位	备注	
1	主机	YK600-5	1	台		
2	治 疗 头	圆形海绵	Φ90mm	2	个	细螺纹
3		圆形海绵	Φ78mm	2	个	细螺纹
4		圆形海绵	Φ68mm	2	个	细螺纹
5		圆形海绵	Φ58mm	2	个	细螺纹
6		圆形海绵	Φ48mm	2	个	细螺纹
7	无 纺 布 套	圆形	Φ90mm	10	个	
8		圆形	Φ78mm	10	个	
9		圆形	Φ68mm	10	个	
10		圆形	Φ58mm	10	个	
11		圆形	Φ48mm	10	个	
12	叩击转向器	小	2	个		
13	保险管	F3AL250V	2	个		
14	电源线	0.75mm <sup>2</sup> *3*3m	1	根		
15	使用技术说明书	无	1	本		
16	合格证	无	1	张		
17	保修卡	无	1	份		
18	警示牌	无	1	张		
19	快速操作卡	无	1	张		
20	仪器安装验收报告	无		份		